

UROLOGIA

ATUAIS RECOMENDAÇÕES PARA O USO DA RESSONÂNCIA MULTIPARAMÉTRICA DE PRÓSTATA NOS ESTADOS UNIDOS:

Fulgham P et al, J Urol 2017

- 1) A RNM de 3.0 Tesla oferece uma imagem melhor, porém a de 1.5 T oferece um bom padrão diagnóstico e é a única opção em determinados locais;
- 2) A sua utilização isolada como Screening deve ser somente investigacional;
- 3) Quanto ao seu uso para diagnóstico, dados recentes sugerem ser de grande utilidade em caso de biópsia prévia negativa. Além disso, estudos iniciais sugerem um papel importante como procedimento inicial, especialmente em tumores de alto grau e principalmente em próstatas de grande volume;
- 4) Estadiamento – útil para estadiamento local para seleção de tratamento, estadiamento ganglionar e recorrência local, especialmente em tumores localmente avançados;
- 5) Active Surveillance – útil, porém não o suficiente sem uma biópsia de acompanhamento.

Dr. Fábio Castilho Navarro